

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
51-3

1984

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1994-08

Amendement 1

**Appareils mesureurs électriques indicateurs
analogiques à action directe et leurs accessoires**

Partie 3:

Prescriptions particulières pour les wattmètres
et les varmètres

Amendment 1

**Direct acting indicating analogue electrical-
measuring instruments and their accessories**

Part 3:

Special requirements for wattmeters and varmeters

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 85 de la CEI: Appareillage de mesure des grandeurs électromagnétiques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
85(BC)63	85(BC)68

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 8

Tableau I-3, note ³⁾.

Remplacer les première et deuxième lignes de la note par ce qui suit:

La différence entre deux tensions simples quelconques et entre deux tensions composées quelconques ne doit pas excéder 1 % de leur moyenne (tension simple et composée, respectivement).

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 85: Measuring equipment for electromagnetic quantities.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on voting
85(CO)63	85(CO)68

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 8

Table I-3, note ³⁾.

Replace the first two lines of this note by the following.

The difference between any two line-to-line voltages and between any two line-to-neutral voltages shall not exceed 1 % of the average (line-to-line and line-to-neutral voltages, respectively).