

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
118-0

1983

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1994-01

Amendement 1

Appareils de correction auditive

Partie zéro:
Méthodes de mesure des caractéristiques
électroacoustiques

Amendment 1

Hearing aids

Part 0:
Measurement of electroacoustical
characteristics

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 29 de la CEI: Electroacoustique.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
29(BC)169	29(BC)206

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 12

Dans l'article 3.3, dernière ligne, remplacer «4.9» par «4.4».

Page 16

Remplacer l'article 4.17 par le suivant:

4.17 Position de la commande de gain de test de référence

Le réglage de la commande de gain de l'appareil de correction auditive qui produit un niveau de pression acoustique de sortie dans le simulateur d'oreilles de 15 ± 1 dB inférieur à $OSPL_{90}$ pour un niveau de pression acoustique d'entrée de 60 dB à la fréquence de test de référence. Si le gain disponible ne permet pas ceci dans une marge d'au moins 7 dB, une position de la commande de gain de 7 dB en dessous du gain maximum à la fréquence d'essai de référence doit être utilisée. La position de la commande de gain doit être indiquée dans le procès verbal de mesures.

Page 20

Dans le paragraphe 5.4.6, dernière ligne, remplacer «6.4.5» par «6.4.4».

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 29: Electroacoustics.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on voting
29(CO)169	29(CO)206

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 13

In clause 3.3, last line, replace "4.9" by "4.4".

Page 17

Replace clause 4.17 by the following.

4.17 Reference test gain control position

The setting of the hearing aid gain control which provided an output sound pressure level in the ear simulator of 15 ± 1 dB less than $OSPL_{90}$ for an input sound pressure level of 60 dB at the reference test frequency. If the gain available will not permit this by a margin of at least 7 dB, a gain control position corresponding to a gain of 7 dB below full-on gain at the reference test frequency shall be used. The gain control position shall be stated in the measurement report.

Page 21

In subclause 5.4.6, last line, replace "6.4.5" by "6.4.4".