

**CEI 60601-1**  
(Troisième édition - 2005)

**Appareils électromédicaux –  
Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de base  
et les performances essentielles**

**CORRIGENDUM 1**

Page 104

**7.2.3 Consultation des documents d'accompagnement**

*Dans la deuxième phrase:*

*au lieu de:*

« CEI 60878 Sécurité 01 »

*lire:*

« ISO 7010-M002 »

Page 136

**8.2.2 Connexion à une source externe en courant continu**

*Dans la première phrase:*

*au lieu de:*

« PERFORMANCES ESSENTIELLES »

*lire :*

« sa fonction prévue »

**IEC 60601-1**  
(Third edition - 2005)

**Medical electrical equipment –  
Part 1: General requirements for basic safety  
and essential performance**

**CORRIGENDUM 1**

Page 105

**7.2.3 Consult accompanying documents**

*In the second sentence:*

*instead of:*

“IEC 60878 Safety 01”

*read:*

“ISO 7010-M002”

Page 137

**8.2.2 Connection to an external d.c. power source**

*In the first sentence:*

*instead of:*

“ESSENTIAL PERFORMANCE”

*read:*

“its intended function”

Page 640

## Tableau D.2 – Signes de sécurité

Dans la 10<sup>ème</sup> ligne, à la page 642:

au lieu de:

|    |                                                                                   |                                       |                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |  | CEI 60878<br>Sécurité 01 <sup>b</sup> | Suivre les instructions de fonctionnement<br><br>NOTE Sur LES APPAREILS EM "Suivre les instructions d'utilisation " |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

lire:

|    |                                                                                    |               |                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |  | ISO 7010-M002 | Se référer au manuel/brochure d'instruction<br><br>NOTE Sur LES APPAREILS EM "Suivre les instructions d'utilisation" |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Supprimer la note de bas de tableau <sup>b</sup>.