



## Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment —

### Part 3:

### Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators

#### TECHNICAL CORRIGENDUM 1

*Acoustique — Zéro de référence pour l'étalonnage d'équipements audiométriques —*

*Partie 3: Niveaux de référence équivalents de force liminaire pour les vibrateurs à sons purs et les ossivibrateurs*

*RECTIFICATIF TECHNIQUE 1*

Technical corrigendum 1 to International Standard ISO 389-3:1994 was prepared by Technical Committee ISO/TC 43, *Acoustics*.

Page 5

#### Annex A

The first section of table A.1 should be corrected as follows:

Test data	Investigation		
	Ref. [1]	Ref. [2]	Ref. [3]
Type of vibrator	B-71 <sup>1)</sup>	B-71 <sup>1)</sup>	KH-70 <sup>2)</sup>
Type of masking earphone	TDH39 <sup>3)</sup>	TDH39 <sup>3)</sup>	DT48 <sup>4)</sup>

Page 10

#### Annex E

Reference [4] should read as follows:

[4] ANSI S3:13-1972, .....